



PROTOKÓŁ ZGODNOŚCI

Zapis kontrolny pomiarów dokonywanych przy użyciu EDM



Dla zagwarantowania, że sprzęt pracuje prawidłowo, przed konkurencją i po jej zakończeniu powinien, we współpracy z sędziami i arbitrem (oraz o ile to możliwe z ITO wyznaczonym do danej konkurencji), skontrolować zestaw przyrządów używając kalibrowanej i legalizowanej stalowej taśmy, dla potwierdzenia prawidłowości osiągniętych wyników. Należy sporządzić protokół zgodności, który jest dołączany do protokołu z wynikami, po podpisaniu przez wszystkich biorących udział w kontroli sprzętu. (art. 137 IAAF)

Nazwa i miejsce rozgrywania zawodów:					
Nazwa konkurencji:				K <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>	
Data:		Godzina rozpoczęcia:		Godzina zakończenia:	

Nazwa dostawcy sprzętu EDM na zawody:					
Charakterystyka urządzenia pomiarowego EDM	Typ:				
	Producent:				
	Model:				
	Numer seryjny:				

Karta pomiarów kontrolnych*				
Charakterystyka taśmy stalowej (numer identyfikacyjny):				
		Pomiar 1	Pomiar 2	Pomiar 3
Pomiary przed rozpoczęciem konkurencji:	EDM:			
	Taśma:			
Godzina dokonania pomiaru:			Wysokość temperatury °C:	
		Pomiar 1	Pomiar 2	Pomiar 3
Pomiary po zakończeniu konkurencji:	EDM:			
	Taśma:			
Godzina dokonania pomiaru:			Wysokość temperatury °C:	

* Pomiary kontrolne powinny być odczytywane i notowane zgodnie z odpowiednimi przepisami IAAF

Imię i Nazwisko przedstawiciela dostawcy sprzętu		Imię i Nazwisko sędziego pomiaru EDM	
Podpis		Podpis	

Imię i Nazwisko arbitra konkurencji		Imię i Nazwisko sędziego głównego konkurencji	
Podpis		Podpis	